

**RAPPORTO DI PROVA N° 16232**

Accettazione N°: 16232 del: 25/07/2017 **Laboratorio Regionale Diossine**  
**Nome e indirizzo cliente:** Arpac Dip Prov CE  
**Descrizione:** Aria (filtro e puff) **Località di prelievo:** Pastorano (CE)  
**Tipo Analisi:** Diossine e Furani **Sito/Punto di prelievo:** Casa Comunale  
**Ente prelevatore:** AT Dip Prov CE **Comune e Indirizzo:** via Arena Centro Direz. Caserta  
**Modalità di campionamento:** /////  
**Verbale di prelievo n°:** 67/LP/17  
**Data prelievo:** 24/07/2017

**RISULTATO DELLA PROVA**

Parametro	Dati Analitici (pg/Nm <sup>3</sup> )	Risultati I-T.E.Q. (pg/Nm <sup>3</sup> )	Limite di Quantificazione I-T.E.Q. (pg/Nm <sup>3</sup> )	Metodo di Prova
2,3,7,8-tcdf	0,025	0,0025	0,0003	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
2,3,7,8-tcdd	<0,003	<0,0035	0,0035	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
1,2,3,7,8-pecdf	0,050	0,00250	0,0007	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
1,2,3,4,7,8-pecdf	0,052	0,0262	0,0070	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
1,2,3,7,8-pecdd	0,024	0,0119	0,0070	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
1,1,2,3,4,7,8-hxcdf	0,070	0,0070	0,0014	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
1,1,2,3,6,7,8-hxcdf	0,078	0,0078	0,0021	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
1,2,3,4,6,7,8-hxcdf	0,072	0,0072	0,0014	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
1,1,2,3,7,8,9-hxcdf	<0,014	<0,0014	0,0014	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
1,1,2,3,4,7,8-hxcdd	<0,014	<0,0014	0,0014	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
1,1,2,3,6,7,8-hxcdd	0,061	0,0061	0,0014	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
1,1,2,3,7,8,9-hxcdd	0,035	0,0035	0,0014	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
1,1,2,3,4,6,7,8-hpcdf	0,274	0,00274	0,00014	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
1,1,2,3,7,8,9-hpcdf	0,024	0,00024	0,00014	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
1,1,2,3,4,6,7,8-hpcdd	<0,014	<0,00014	0,00014	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
pcdf	0,185	0,000185	0,000014	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
pcdd	0,592	0,000592	0,000014	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS report n. 176 1988
<b>Sommatoria PCDD/PCDF</b>	<b>1,56</b>	<b>0,082</b>	<b>0,0147</b>	-----

Pozzuoli li 27/07/2017

**Il Dirigente**  
del L.R. Diossine  
**dott. Luigi Iannibelli**